

新竹捐血中心
血液成品QC測試報告

製備場所：血液成分課

測試月份：109 年 7 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅血球類	Packed RBCs	Hct	16 / 10,823	64	3.5	55-80% w/o SAGM
						50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	25 / 20,167	0.25	0.32	<5×10 ⁶ /unit
血小板類	Platelet Concentrate	platelet count (×10 ¹⁰ /unit)	20 / 236	4.9	1.60	≥2.75×10 ¹⁰ /unit
		pH	20 / 236	7.2	0.56	≥6.2
	Apheresis Platelets	platelet count (×10 ¹¹ /unit)	8 / 871	3.5	0.29	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	8 / 871	7.8	0.06	≥6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	16 / 2,142	0.06	0.03	<5×10 ⁶ /unit
		platelet count (×10 ¹¹ /unit)	16 / 2,142	3.4	0.21	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	16 / 2,142	7.5	0.09	≥6.2
	血漿類	FFP	Factor VIII			
RBC count (×10 ⁹ /L)			24 / 20,994	ND		<6.0×10 ⁹ /L
leukocyte count (×10 ⁹ /L)			24 / 20,994	0.0056	0.0062	<0.1×10 ⁹ /L
platelet count (×10 ⁹ /L)			24 / 20,994	0.50	0.76	<50×10 ⁹ /L
Cryo		factor VIII				≥40 IU /unit
		fibrinogen				≥75 mg /unit

註記：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC 偵測極限，以 Not Detectable, "ND" 表示。
- 2.No of tested/No of prepared 之 No, 表示為unit。
3. Factor VIII及Fibrinogen測試頻率為每2個月執行。

表QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密