

新竹捐血中心
血液成品QC測試報告

製備場所：血液成分課

測試月份：109 年8 月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅血球類	Packed RBCs	Hct	25 / 12,709	67	3.9	55-80% w/o SAGM
						50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	25 / 19,325	0.21	0.23	<5×10 ⁶ /unit
血小板類	Platelet Concentrate	platelet count (×10 ¹⁰ /unit)	20 / 346	5.8	0.65	≥2.75×10 ¹⁰ /unit
		pH	20 / 346	6.9	0.23	≥6.2
	Apheresis Platelets	platelet count (×10 ¹¹ /unit)	6 / 921	3.3	0.21	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	6 / 921	7.5	0.11	≥6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	14 / 2,242	0.11	0.14	<5×10 ⁶ /unit
		platelet count (×10 ¹¹ /unit)	14 / 2,242	3.4	0.17	≥3.0×10 ¹¹ /unit
		pH	14 / 2,242	7.5	0.03	≥6.2
	血漿類	FFP	Factor VIII	15 / 22,415	84	21
RBC count (×10 ⁹ /L)			24 / 22,415	ND		<6.0×10 ⁹ /L
leukocyte count (×10 ⁹ /L)			24 / 22,415	0.0032	0.0038	<0.1×10 ⁹ /L
platelet count (×10 ⁹ /L)			24 / 22,415	0.29	0.61	<50×10 ⁹ /L
Cryo		factor VIII	12 / 2,828	111	22	≥40 IU /unit
		fibrinogen	12 / 2,828	174	31	≥75 mg /unit

註記：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC偵測極限，以Not Detectable ,"ND" 表示。
- 2.No of tested/No of prepared 之 No, 表示為unit。
- 3.Factor VIII及Fibrinogen測試頻率為每2個月執行。

表QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密