

新竹捐血中心
血液成品QC測試報告

製備場所：血液成分課

測試月份：109 年9月

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅血球類	Packed RBCs	Hct	27 / 7,167	66	3.5	55-80% w/o SAGM
						50-70% w. SAGM
	Leukocyte Reduced RBCs	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	31 / 20,621	0.25	0.36	$< 5 \times 10^6$ /unit
血小板類	Platelet Concentrate	platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	20 / 612	5.4	0.94	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
		pH	20 / 612	7.3	0.10	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	7 / 812	3.8	0.15	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	7 / 812	7.5	0.08	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	14 / 2,132	0.09	0.09	$< 5 \times 10^6$ /unit
		platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	14 / 2,132	3.4	0.22	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
		pH	14 / 2,132	7.6	0.08	≥ 6.2
血漿類	FFP	factor VIII				$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	29 / 13,232	ND		$< 6.0 \times 10^9$ /L
		leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	29 / 13,232	0.0066	0.0074	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		platelet count ($\times 10^9$ /L)	29 / 13,232	0.12	0.33	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	factor VIII				≥ 40 IU /unit
		fibrinogen				≥ 75 mg /unit

註記：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC偵測極限，以Not Detectable ,"ND" 表示。
- 2.No of tested/No of prepared 之 No 表示為unit。
- 3.Factor VIII及Fibrinogen測試頻率為每2個月執行。

表QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密