

醫療財團法人台灣血液基金會 新竹捐血中心
血液成品QC測試報告

製備場所：血液成分課

測試月份：2020-11

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value	
				Mean	SD		
紅血球類	Packed RBCs	Hct	27 / 7,834	63	3.8	55-80% w/o SAGM	
						50-70% w. SAGM	
	Leukocyte Reduced RBCs	Leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	35 / 22,763	0.23	0.51	< 5×10 ⁶ /unit	
血小板類	Platelet Concentrate	Platelet count (×10 ¹⁰ /unit)	24 / 380	5.2	1.9	≥ 2.75×10 ¹⁰ /unit	
		pH	24 / 380	7.0	0.36	≥ 6.2	
	Apheresis Platelets	Platelet count (×10 ¹¹ /unit)	8 / 817	3.6	0.44	≥ 3.0×10 ¹¹ /unit	
		pH	8 / 817	7.4	0.12	≥ 6.2	
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	Leukocyte count (×10 ⁶ /unit)	18 / 2,518	0.064	0.042	< 5×10 ⁶ /unit	
		Platelet count (×10 ¹¹ /unit)	18 / 2,518	3.4	0.18	≥ 3.0×10 ¹¹ /unit	
		pH	18 / 2,518	7.5	0.07	≥ 6.2	
	血漿類	FFP	Factor VIII				≥ 70%
			RBC count (×10 ⁹ /L)	20 / 17,511	ND		< 6.0×10 ⁹ /L
Leukocyte count (×10 ⁹ /L)			20 / 17,511	0.013	0.022	< 0.1×10 ⁹ /L	
Platelet count (×10 ⁹ /L)			20 / 17,511	1.10	2.07	< 50×10 ⁹ /L	
Cryo		Factor VIII				≥ 40 IU /unit	
		Fibrinogen				≥ 75 mg /unit	

註記：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC偵測極限，以Not Detectable ,"ND" 表示。
- 2.No of tested/No of prepared 之 No 表示為unit。
- 3.Factor VIII及Fibrinogen測試頻率為每2個月執行。

註記：測試單位數請用千分位(如123,456)表示，Mean及S.D請取2位有效數字(如2.3)。
(公布於網站時請刪除註記及簽核過程)

表QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密