

醫療財團法人台灣血液基金會 新竹捐血中心
血液成品QC測試報告

製備場所：血液成分課 / 採血課

測試月份：2020-12

Components		Test	No of tested /No of prepared	Test Result		Target Value
				Mean	SD	
紅血球類	Packed RBCs	Hct	27 / 6,080	65	5	55-80% w/o SAGM
						50-70% w. SAGM
血小板類	Leukocyte Reduced RBCs	Leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	35 / 21,178	0.25	0.51	$< 5 \times 10^6$ /unit
	Platelet Concentrate	Platelet count ($\times 10^{10}$ /unit)	24 / 552	5.6	1.2	$\geq 2.75 \times 10^{10}$ /unit
	pH		24 / 552	7.1	0.31	≥ 6.2
	Apheresis Platelets	Platelet count ($\times 10^{11}$ /unit)	12 / 865	3.8	0.35	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit
	pH		12 / 865	7.5	0.083	≥ 6.2
	Leukocyte Reduced Apheresis Platelets	Leukocyte count ($\times 10^6$ /unit)	22 / 2,552	0.069	0.043	$< 5 \times 10^6$ /unit
血漿類	FFP	Factor VIII	24 / 14,453	105	34	$\geq 70\%$
		RBC count ($\times 10^9$ /L)	27 / 14,453	ND		$< 6.0 \times 10^9$ /L
		Leukocyte count ($\times 10^9$ /L)	27 / 14,453	0.011	0.013	$< 0.1 \times 10^9$ /L
		Platelet count ($\times 10^9$ /L)	27 / 14,453	2.3	3	$< 50 \times 10^9$ /L
	Cryo	Factor VIII	12 / 3,512	110	14	≥ 40 IU /unit
		Fibrinogen	12 / 3,512	159	35	≥ 75 mg /unit

註記：

- 1.FFP 之紅血球數目其檢驗值低於 CBC偵測極限，以Not Detectable, "ND" 表示。
- 2.No of tested/No of prepared 之 No, 表示為unit。
- 3.Factor VIII及Fibrinogen測試頻率為每2個月執行。

註記：測試單位數請用千分位(如123,456)表示，mean及S.D請取2位有效數字(如2.3)。
(公布於網站時請刪除註記及簽核過程)

表QP-BB-032-6.7-001

機密等級：■一般 □限閱 □密 □機密