

醫療財團法人台灣血液基金會 新竹捐血中心

血液成品QC測試報告

製備場所: 成分課及採血課

測試月份: 114 年 01 月

血品	測試項目	規格	標準	測試結果		
				Mean	SD	Confidence
RBCs	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6$ /unit	$\geq 95\%$	0.09	0.06	$>99\%$
Leukoreduced	Hct	$\leq 80\%$	$\geq 90\%$	67.06	6.38	$>99\%$
Apheresis	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	$\geq 90\%$	3.47	0.24	$>99\%$
Platelets	pH	≥ 6.2	$\geq 90\%$	7.61	0.08	$>99\%$
Apheresis	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	$\geq 90\%$	3.32	0.22	$>99\%$
Platelets	pH	≥ 6.2	$\geq 90\%$	7.66	0.05	$>99\%$
Leukoreduced	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6$ /unit	$\geq 95\%$	0.24	0.20	$>99\%$
FFP	FVIII	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$			
	RBCs	$< 6.0 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	0.27	0.26	$>99\%$
	Leukocytes	$< 0.1 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	0.005	0.01	$>99\%$
	Platelets	$< 50 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	2.15	5.73	$>99\%$
Cryo-precipitate	FVIII	≥ 70 IU/袋*	$\geq 90\%$			
	Fibrinogen	≥ 140 mg/袋*	$\geq 90\%$			

*每袋Cryo來自500ml全血製備