

醫療財團法人台灣血液基金會 新竹捐血中心

血液成品QC測試報告

製備場所：成分課及採血課

測試月份：114 年 02 月

血品	測試項目	規格	標準	測試結果		
				Mean	SD	Confidence
RBCs Leukoreduced	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6$ /unit	$\geq 95\%$	0.08	0.07	$>99\%$
	Hct	$\leq 80\%$	$\geq 90\%$	65.81	6.48	$>99\%$
Apheresis Platelets	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	$\geq 90\%$	3.50	0.58	$>99\%$
	pH	≥ 6.2	$\geq 90\%$	7.62	0.11	$>99\%$
Apheresis Platelets Leukoreduced	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	$\geq 90\%$	3.38	0.22	$>99\%$
	pH	≥ 6.2	$\geq 90\%$	7.55	0.12	$>99\%$
	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6$ /unit	$\geq 95\%$	0.66	0.53	$>99\%$
FFP	FVIII	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$	128.86	42.54	$>95\%$
	RBCs	$< 6.0 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	0.48	0.53	$>99\%$
	Leukocytes	$< 0.1 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	0.002	0.004	$>99\%$
	Platelets	$< 50 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	1.95	4.25	$>99\%$
Cryo-precipitate	FVIII	≥ 70 IU/袋*	$\geq 90\%$	132.90	44.41	$>95\%$
	Fibrinogen	≥ 140 mg/袋*	$\geq 90\%$	322.69	88.40	$>95\%$

*每袋Cryo來自500ml全血製備