

醫療財團法人台灣血液基金會 新竹捐血中心

血液成品QC測試報告

製備場所: 成分課及採血課

測試月份: 114 年 03 月

血品	測試項目	規格	標準	測試結果		
				Mean	SD	Confidence
RBCs	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6$ /unit	$\geq 95\%$	0.17	0.47	>99%
Leukoreduced	Hct	$\leq 80\%$	$\geq 90\%$	66.50	4.31	>99%
Apheresis Platelets	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	$\geq 90\%$	3.50	0.20	>99%
	pH	≥ 6.2	$\geq 90\%$	7.58	0.06	>99%
Apheresis Platelets Leukoreduced	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	$\geq 90\%$	3.36	0.23	>99%
	pH	≥ 6.2	$\geq 90\%$	7.62	0.08	>99%
	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6$ /unit	$\geq 95\%$	0.25	0.25	>99%
FFP	FVIII	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$			
	RBCs	$< 6.0 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	0.44	0.35	>99%
	Leukocytes	$< 0.1 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	0.001	0.003	>99%
	Platelets	$< 50 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	1.05	2.86	>99%
Cryo-precipitate	FVIII	≥ 70 IU/袋*	$\geq 90\%$			
	Fibrinogen	≥ 140 mg/袋*	$\geq 90\%$			

*每袋Cryo來自500ml全血製備