

醫療財團法人台灣血液基金會 新竹捐血中心

血液成品QC測試報告

製備場所: 成分課及採血課

測試月份: 114 年 05 月

血品	測試項目	規格	標準	測試結果		
				Mean	SD	Confidence
RBCs Leukoreduced	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6$ /unit	$\geq 95\%$	0.07	0.05	>99%
	Hct	$\leq 80\%$	$\geq 90\%$	65.65	5.73	>99%
Apheresis Platelets	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	$\geq 90\%$	3.31	0.21	>99%
	pH	≥ 6.2	$\geq 90\%$	7.65	0.05	>99%
Apheresis Platelets Leukoreduced	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	$\geq 90\%$	3.36	0.18	>99%
	pH	≥ 6.2	$\geq 90\%$	7.65	0.06	>99%
	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6$ /unit	$\geq 95\%$	0.21	0.12	>99%
FFP	FVIII	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$			
	RBCs	$< 6.0 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	0.26	0.22	>99%
	Leukocytes	$< 0.1 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	0.003	0.005	>99%
	Platelets	$< 50 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	1.70	4.50	>99%
Cryo-precipitate	FVIII	≥ 70 IU/袋*	$\geq 90\%$			
	Fibrinogen	≥ 140 mg/袋*	$\geq 90\%$			

*每袋Cryo來自500ml全血製備