

醫療財團法人台灣血液基金會 新竹捐血中心

血液成品QC測試報告

製備場所: 成分課及採血課

測試月份: 114 年 10 月

血品	測試項目	規格	標準	測試結果		
				Mean	SD	Confidence
RBCs	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6$ /unit	$\geq 95\%$	0.11	0.09	>99%
Leukoreduced	Hct	$\leq 80\%$	$\geq 90\%$	65.40	5.17	>99%
Apheresis Platelets	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	$\geq 90\%$	3.52	0.42	>99%
	pH	$\geq 6.2$	$\geq 90\%$	7.65	0.08	>99%
Apheresis Platelets Leukoreduced	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	$\geq 90\%$	3.35	0.23	>99%
	pH	$\geq 6.2$	$\geq 90\%$	7.58	0.13	>99%
	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6$ /unit	$\geq 95\%$	0.57	0.51	>99%
FFP	FVIII	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$	123.53	34.27	>95%
	RBCs	$< 6.0 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	0.43	0.39	>99%
	Leukocytes	$< 0.1 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	0.005	0.007	>99%
	Platelets	$< 50 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	2.70	5.82	>99%
Cryo-precipitate	FVIII	$\geq 70$ IU/袋*	$\geq 90\%$	160.30	12.45	>95%
	Fibrinogen	$\geq 140$ mg/袋*	$\geq 90\%$	290.66	76.51	>95%

\*每袋Cryo來自500ml全血製備