

醫療財團法人台灣血液基金會 新竹捐血中心

血液成品QC測試報告

製備場所: 成分課及採血課

測試月份: 2026年2月

血品	測試項目	規格	標準	測試結果		
				Mean	SD	Confidence
RBCs Leukoreduced	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6$ /unit	$\geq 95\%$	0.07	0.08	>99%
	Hct	$\leq 80\%$	$\geq 90\%$	64.97	4.21	>99%
Apheresis Platelets	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	$\geq 90\%$	3.37	0.24	>99%
	pH	≥ 6.2	$\geq 90\%$	7.64	0.06	>99%
Apheresis Platelets Leukoreduced	Platelets	$\geq 3.0 \times 10^{11}$ /unit	$\geq 90\%$	3.40	0.14	>99%
	pH	≥ 6.2	$\geq 90\%$	7.65	0.09	>99%
	Leukocytes	$< 5.0 \times 10^6$ /unit	$\geq 95\%$	0.14	0.12	>99%
FFP	FVIII	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$	105.01	34.33	>95%
	RBCs	$< 6.0 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	0.38	0.29	>99%
	Leukocytes	$< 0.1 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	0.002	0.004	>99%
	Platelets	$< 50 \times 10^9$ /L	$\geq 90\%$	1.60	3.33	>99%
Cryo-precipitate	FVIII	≥ 70 IU/袋*	$\geq 90\%$	115.75	0.64	>95%
	Fibrinogen	≥ 140 mg/袋*	$\geq 90\%$	261.98	71.66	>95%

*每袋Cryo來自500ml全血製備